

FUNCIONES DE CORRECCIÓN DE PM₁₀

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AIRE DE LA CAPV

EQUIPOS DE MEDICIÓN AUTOMÁTICOS

Los equipos de medición de PM₁₀ que se utilizan en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire son equipos automáticos de medición en continuo. Tal como indica la legislación (R.D. 102/2011) es necesario corregir los valores medidos por una Función de Corrección para obtener el valor real del contaminante. Esas funciones son:

ESTACIÓN	Función Correctora
ABANTO	$0,72x - 1,61$
AGURAIN	$1,27x - 0,95$
ALGORTA	$0,88x$
ALONSOTEGI	$0,80x$
ARRAIZ	$1,28x$
AVDA. GASTEIZ	$1,27x$
AVDA. TOLOSA	$1,09x - 0,92$
AZPEITIA	$0,88x$
BARAKALDO	$1,18x - 4,53$
BASAURI	$1,00x$
BEASAIN	$1,00x$
CASTREJANA	$0,85x$
DURANGO	$1,00x - 3,83$
EASO	$1,01x$
ELCIEGO	$1,00x - 0,80$
ERANDIO	$1,27x - 5,65$
LEZO	$0,89x$
M ^a DÍAZ	$1,00x - 2,02$
3 DE MARZO	$1,00x - 2,40$
MAZARREDO	$1,07x$
MONDRAGÓN	$1,00x$
MUNDAKA	$0,78x$
MUSKIZ	$1,05x - 2,77$
PAGOETA	$0,74x + 1,81$
PARQUE EUROPA	$0,82x$
PUJO	$0,78x$
SANGRONIZ	$0,91x + 1,05$
SANTURTZI	$0,76x$
TOLOSA	$1,00x$
VALDEREJO	$0,68x + 1,41$
ZALLA	$1,34x - 2,18$
ZIERBENA	$0,85x$
ZUMARRAGA	$1,00x$
Resto de estaciones	$1,20x$

Todos los datos de PM₁₀ publicados a partir del 1 de enero de 2015 han sido previamente corregidos